



PRODUTO

CERA 7, CERA 9, CERA ORTO, CERA UTILIDADE, CERA PERIFÉRICA, CERA ESCULTURA MACRO, CERA ESCULTURA MICRO, CERA ROLETE, CERA ARTICULAÇÃO, CERA PERSONALIZAÇÃO CERA IMOFIX E CERA ESCULTURA PARA PRÓTESE FIXA.

INDICAÇÃO DE USO

Uso exclusivo para laboratórios de próteses dentárias, para confecção de esculturas, modelos para fundição, registro de mordidas em modelos de gesso e demais aplicações em laboratórios de próteses.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Temperatura ideal para manuseio: 25°C;
- ✓ Derretimento à 80°C
- ✓ Fácil manuseio.

EMBALAGENS

18g, 50g, 225g e 2.250g

COMPOSIÇÃO

- ✓ Parafina;
- ✓ Vaselina;
- ✓ Aromatizante;
- ✓ Corante.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Utilizar equipamento de proteção individual.
- ✓ Armazenar em sua embalagem original, em área seca e ao abrigo de luz e calor temp. de 2° a 35°.
- ✓ Não descartar os resíduos em esgotos e curso d'água ou lixo doméstico
- ✓ Produto destinado somente para uso laboratorial.

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

REGISTRO DA ANVISA N°:

81912530006

VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291